DMI®

Freedom SERIES™

DELUXE TRANSPORT CHAIR

Instruction Manual

Model 501-1052 Series

Freedom of *mobility!*

CAUTION
This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

PARTS OF TRANSPORT CHAIR AND SPECIFICATIONS

1052-Series

SPECIFICATIONS

Overall Width: 23"

Overall Length (with footrests): 33"

Wheels: 8"

Handle Height: 38"

Armrest Height: 29"

Width Between Armrests: 16-1/2"

Seat: 19" x 16"

Seat Height: 19"

Approximate Weight: 20 lbs.

Weight Capacity: 250 lbs.

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

WARNING! It is very important that you read all instructions before assembly and/or use of this transport chair. Before using the transport chair, be sure the patient's weight is within the weight capacity of the unit. This transport chair will require little assembly, which can be performed with the included tool.

Parts for Assembly:
Transport chair; two adjustable footrests; one tool for assembly

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Assembly Instructions:

1. Firmly grasp the padded armrests and pull the armrests apart to unfold chair, *Fig. 1*.
2. Flip up the backrest, *Fig. 2*, and push the top of the backrest toward the chair until the brass pins snap into the openings on the frame.
3. Using the included tool, adjust the length of the footrests by loosening the hex-nut on the base of the footrest, *Fig. 3*. Separate the tubing from the frame and adjust to the desired length. Tighten the hex-nut with the included tool.
4. Align the holes on the footrest frame with the posts on the crescent-shaped brackets above the front wheels of the chair, *Fig. 4*. **NOTE:** The post that anchors the nylon foot strap to the footrest should always face toward the inside of the transport chair. Twist the footrest toward the center of the chair until the silver hinge connects with the frame. Repeat for remaining footrest.
5. Flip up footrests before patient sits in chair. Fasten the seatbelt and flip down footrests. Position patient's feet in front of nylon straps.

USE OF NEW TRANSPORT CHAIR

BEFORE USE, PLEASE READ ALL CAUTION AND WARNING LABELS ON THE TRANSPORT CHAIR

CONVENIENT

This chair is designed to provide quick, easy and safe patient transport to and from vehicles, doctor's offices, shopping and travel.

COMPACT

Designed with convenience and safety in mind, the quick release fold-down back along with the removable footrests allow the chair to fit compactly into small areas for storage and transport.

MAINTENANCE

Always make sure the brake levers are operating correctly before use. Keep the brake levers free from dirt, dust and grime. Build-up of particles could cause the brakes to engage improperly. Periodically check and tighten all nuts, bolts, screws and other hardware on transport chair.

REMEMBER! ALWAYS ENGAGE BRAKE WHEN CHAIR IS NOT IN MOTION.

PUSH LEVER TO ENGAGE BRAKE

PULL LEVER TO RELEASE BRAKE

BRAKING

The braking levers should be engaged anytime someone is sitting in the chair and not in motion. To engage the brake, press down on the brake levers located above the rear tires. To release brake, pull lever away from tires.

TRANSPORT AND STORAGE INSTRUCTIONS

1. Flip up the footrests, *Fig. 1*. Footrests can be completely removed if space does not permit.
2. Push down on the release buttons located at the back of the chair, *Fig. 2*, to fold down the backrest, *Fig. 3*.
3. Standing next to the chair, use both hands to firmly grasp the handles on the seat. Lift the handles until the chair folds, *Fig. 4*.
4. Chair can be transported inside the trunk of most cars, *Fig. 5*.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Your Duro-Med Industries (DMI) Freedom Series™ Deluxe Transport Chair is guaranteed to be free of manufacturing defects for a period of one year from the date of purchase under normal use. This limited warranty does not apply to use in any clinical or commercial applications. If the unit fails to operate during the warranty period, return it postage prepaid along with a copy of the original dated purchase receipt and $10.00 for return shipping and insurance to: MABIS Healthcare, Attn: Repair Department, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. When returning a product, please also include a letter with your name, address, phone number and brief description of the specific problem. Please carefully package the product to avoid any damage that may occur during transit. If DMI determines that the unit failed to operate due to a manufacturing defect, the unit will be repaired or replaced at the option of DMI. Repair or replacement of the unit is the sole remedy under this limited warranty. This warranty gives you specific legal rights, which vary from state to state.

Parts or materials which are subject to normal wear resulting from the use of this product, and which must be replaced or repaired due to such normal wear, are the owner's responsibility and are not covered by this warranty.

Products which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond reasonable control are not covered by this warranty.

This limited warranty constitutes DMI's only responsibility and obligation to repair and/or replace materials or components. We make no other express or implied warranties, arising by operation of law or otherwise, or any warranty of merchantability or fitness for a particular use or purpose whether or not the use or purpose has been disclosed to DMI in specifications, drawings or otherwise, and whether or not DMI's products are specifically designed and/or manufactured by DMI for the buyer's use or purposes, except for the limited warranty stated above. DMI will not be responsible for any indirect, incidental, special, consequential, or punitive damages or other loss, including, but not limited to, damage to or loss of other property or equipment and personal injuries, whether to purchaser or others. DMI shall in no event be liable to the purchaser for any amount in excess of the cost of repair and/or replacement of the unit. This limited warranty supercedes any other warranty expressly written or implied.

WARNING! READ BEFORE USING

This unit is not intended to be used as a wheelchair. At regular intervals, check and tighten all fasteners and hinged parts. Check all plastic parts often for wear. Units are not designed to assist users from a sitting to a standing position. The brakes are not designed to withstand excessive pressure.

Failure to observe this warning may result in injury.

CAUTION! CHECK BRAKES BEFORE USING

Always check your brakes before using your transport chair. Keep brakes in excellent condition at all times. Always check for loose parts and cleanliness. It is best to keep your transport chair fully assembled at all times.

Specifications subject to change without notice.

Distributed by:

Duro-Med Industries
Div. of DMS Holdings Inc.
1931 Norman Drive South
Waukegan, IL 60085 USA
www.duromed.com

Made in China

Toll-Free Customer
Care Help Line
877-505-6190
Monday-Friday
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST

#91-032-1052 04/07
©2007 Duro-Med Industries

DMI®

Freedom SERIES™

SILLA DE TRANSPORTE

Manual De Instrucción

Model 501-1052 Serie

La libertad de la movilidad!

PRECAUCION:
Este producto contiéne hule natural latex que puede causar reacciones alergicas.

PARTES DE LA SILLA DE TRANSPORTE Y ESPECIFICACIONES

1052-Serie

Especificaciones

Ancho Apróximado: 23"

Longitud Total (Incluidos los Apoyapies): 33"

Ruedas: 8"

Maneje la Altura: 38"

Altura de Apoyabrazos: 29"

La Anchura entre Apoyabrazos: 16-1/2"

Asiento: 19" x 16"

Altura del Asiento: 19"

Aproxímese el Peso: 20 lbs.

Capacidad: 250 lbs.

INSTRUCCIONES PARA EMSAMBLE

¡ADVERTENCIA! Es muy importante que lea todas las instrucciones antes de ensamblar y/o usar esta silla de transporte. Antes de usar la silla de transporte, asegúrese de que el peso del paciente se encuentre dentro de la capacidad de peso de la unidad. Esta silla de transporte requerirá poco ensamblado, el cual se puede realizar con la herramienta que se incluye a tal fin.

Partes de Emsamble:
Silla de transporte, dos (2) apoyapies ajustables, una (1) herramienta para el ensamblado

Instrucciones de Emsamble:

1. Tome con firmeza los apoyabrazos mullidos y estírelos hacia afuera para desplegar la silla, *Fig. 1*.
2. Levante el respaldo del asiento y empuje la parte superior del mismo hacia la silla hasta que los pernos de bronce se traben en los orificios del armazón, *Fig. 2*.
3. Con la herramienta que se incluye, ajuste la longitud de los apoyapies aflojando la tuerca hexagonal en la base del apoyapies, *Fig. 3*. Separe el tubo del armazón y ajuste hasta alcanzar la longitud deseada. Ajuste la tuerca exagonal con la herramienta incluida.
4. Alinee los orificios en el armazón del apoyapies con los puntales en las abrazaderas con forma de medialuna, arriba de las ruedas delanteras de la silla, *Fig. 4*. **NOTA:** El puntal que sujeta la correa de nylon para los pies con el apoyapies siempre debe mirar hacia adentro de la silla de transporte. Gire el apoyapies hacia el centro de la silla de transporte hasta que la bisagra plateada se conecte con el armazón. Haga lo mismo con el otro apoyapies.
5. Levante los apoyapies antes que el paciente se siente en la silla. Sujete el cinturón de seguridad y bájelos. Coloque los pies del paciente enfrente de las correas de nylon.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

USO DE SILLA DE TRANSPORTE

ANTES DE USAR, FAVOR LEA TODAS PRECAUCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

CONVENIENTE

Esta silla fue diseñada para facilitar el rápido, sencillo y seguro transporte del paciente a y fuera del vehículo, consultorios médicos, para realizar compras y viajes.

COMPACTA

Diseñada con la comodidad y la seguridad en mente, el respaldo fácil de plegar, junto con los apoyapies desmontables permiten guardar la silla en lugares compactos y que sea fácil de llevar.

MANTENIMIENTO

Siempre verifique que las palancas de freno funcionen correctamente antes de su uso. Mantenga las palancas de freno libres de tierra, polvo y suciedad. La acumulación de partículas podría hacer que los frenos no enganchen correctamente. Periódicamente revise y ajuste todas las tuercas, pernos, tornillos y otras piezas de ferretería de la silla de transporte.

¡RECUERDE! SIEMPRE USE EL FRENO SI NO VA USAR LA SILLA

EMPUJE LA PALANCA PARA COLOCAR LOS RENOS EN POSICIÓN

TIRE DE LA PALANCA PARA SOLTAR EL FRENO

FRENOS

Siempre coloque los frenos en posición cuando alguien esté sentado en la silla y la silla no está en movimiento. Para colocar el freno en posición, presione hacia abajo en las palancas de freno ubicadas encima de las ruedas traseras. Para soltar el freno, tire de la palanca hacia fuera de las ruedas.

INSTRUCCIÓNES PARA GUARDAR LA SILLA DE TRANSPORTE

1. Levante los apoyapies, *Fig. 1*. Los mismos se pueden quitar por completo para ahorrar espacio.
2. Empuje los botones del lanzamiento situados en la parte posterior de la silla, *Fig. 2*, para doblar el respaldo, *Fig. 3*.
3. Parado al lado de la silla, con ambos manos tome firmemente de las asas del asiento. Levante las asas hasta que la silla se pliegue, *Fig. 4.*
4. Puede transportar la silla en la tronca de la mayoría de coches, *Fig. 4*.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Su Silla Transporte Freedom Series™ Lujosa de Duro-Med Industries está garantizada libre de defectos de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra y en condiciones de uso normal. Esta garantía limitada no aplica al uso clínico o comercial. Si esta unidad no funciona durante la garantia, devuela la unidad postado pagado con copia del recibo, original y $10.00 para regreso y seguridad a: MABIS Healthcare, Attn: Departmento de repara, 1931 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085. En regresar el producto, favor de incluyír una carta con su nombre, direccion, numero de telephon y una, descripcion sensilla de la problema specifica. Cuidadosamente por favor empaque el producto para evitar cualquier daño que puede ocurrír durante transito. Si DMI determina que la unidad dejó de funcionar debido a un defecto de fabricación, DMI optará por cambiarla o repararla. La reparación o cambio de la unidad es el único recurso que contempla esta garantía limitada. Esta garantía le brinda derechos legales específicos que varían de estado a estado.

Las partes o los materiales que son sujetos al uso normal que es resultado del empleo de este producto, y que debe ser reemplazado o reparados debido al uso normal, son la responsabilidad del dueño y no son cubiertos según esta garantía.

Los productos que han sido sujetos a la negligencia, el abuso, el almacenaje impropio o el manejo, de operación impropia, modificaciones no autorizadas o daño y perjuicios más allá de el control razonable no son cubiertos según esta garantía.

Esta garantía limitada constituye la única responsabilidad y obligación de DMI de reparar y/o cambiar materiales o componentes. No otorgamos otras garantías expresas o implícitas, que surjan de la operación de la ley o de otra manera, o cualquier garantía de comerciabilidad o adaptabilidad para un uso o propósito específico, ya fuera o no que el uso o propósito hubiese sido divulgado a DMI en especificaciones, dibujo o de otra manera, y ya fuera o no que los productos de DMI hubiesen sido específicamente diseñados y/o fabricados por DMI para el uso o propósito del comprador, excepto por la garantía limitada indicada anteriormente. DMI no será responsable por los daños indirectos, incidentales, especiales, consecuentes o punitivos, u otras pérdidas, incluyendo, sin limitación, daños o pérdidas de otros bienes o equipos y lesiones personales, ya sea al comprador o a otros. DMI no será de ninguna manera responsable frente al comprador por cualquier monto que supere el costo de reparación y/o cambio de la unidad. Esta garantia limitada reemplaza cualquier otra garantia expresamente escrita insinúa.

¡ADVERTENCIA! LEA ANTES DE USAR

Esta unidad no es querida para ser usado como una silla de ruedas. A intervalos regulares, comproba y apriete todos los sujetadores y partes de la bisagra. Compruebe todas las partes plásticas a menudo para uso.

Esta unidad no ha sido diseñada para asistir a usuarios que esten de pie a la posición sentada. Los frenos no son diseñados para soportar la presión excesiva.

Omitir estas observaciones de advertencia puede causar una herida.

¡CUIDADO! REVISE FRENOS ANTES DE USARLO

Siempre revise sus frenos antes de usar su silla de transporte. Cuide sus frenos en excelentes condiciones todo el tiempo. Siempre revise por partes flojas y limpieza. Lo mejor es mantener su silla de transporte en buen estado todo el tiempo.

Las especificaciones están
sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricado por:

Duro-Med Industries
Div. of DMS Holdings Inc.
1931 Norman Drive South
Waukegan, IL 60085 USA
www.duromed.com

Hecho en China

Línea para Llamadas con
Pago Revertido de Ayuda de
Cuidados para Clientes
877-505-6190
Lunes-Viernes
8:00 a.m. - 4:30 p.m. CST

#91-032-1052 04/07
©2007 Duro-Med Industries